

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王连浩	
	职称：教授	
	工作单位：常州大学药学院、生物与食品工程学院	
项目信息	项目名称：激光共聚焦显微镜 561 激光器	
	供应商名称：南京微弗德科学仪器有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 医工院现有的蔡司LSM710激光共聚焦显微镜的561nm激光器使用寿命已到，需需更换，经调研各品牌的激光共聚焦设计的光路和光学部件都有严格测试标准，彼此参数和控制系统不通用，所以激光管的更换还是要选择原蔡司品牌，所以此项目采购来源具有唯一性。 经调研核实，南京微弗德科学仪器有限公司为德国蔡司江苏总代理商，拥有此项目在常州大学所在地区唯一销售权。 所以激光共聚焦显微镜561nm激光器采购项目需采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王连浩	日期 2022年 1 月 6 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；

3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家；

5、每位专家独立填写附件 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孔水	
	职称: 教授	
	工作单位: 常州大学石油化工学院	
项目信息	项目名称: 激光共聚焦显微镜 561 激光器	
	供应商名称: 南京微弗德科学仪器有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 匡冲院现有激光共聚焦显微镜型号为蔡司 LSM710 已工作十年, 经测试该仪器之 561nm 激光器功率衰减至 0 需要更换, 且必须用原型号蔡司品牌 561nm 激光器才能适配现有之 LSM710 激光共聚焦显微镜中之各光路、光学元件和控制系統, 故此项目采购蔡司激光共聚焦显微镜 561nm 激光器的来源具有唯一性。 经调研核实, 南京微弗德科学仪器有限公司为德国蔡司江苏总代理商, 拥有此项目在常州大学所在地区唯一的销售权, 因此需从该公司代购采购。 综上, 采购蔡司 LSM710 激光共聚焦显微镜 561nm 激光器采购项目应采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	孔水	日期 2025 年 1 月 6 日

- 填表说明:
- 1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称;
 - 2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员;
 - 3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写;
 - 4、10 万元 (含) 至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数, 其中 50 万 (含) 以上项目至少有一位是校外专家; 100 万元 (含) 以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家;
 - 5、每位专家独立填写附件 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>张嵘</u>	
	职称： <u>教授</u>	
	工作单位： <u>常州大学材料科学与工程学院</u>	
项目信息	项目名称： <u>激光共聚焦显微镜 561 激光器</u>	
	供应商名称： <u>南京微弗德科学仪器有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 匡工院现有的 Zeiss Lsm710 激光共聚焦显微镜的 561nm 激光器已衰减至 0，不能使用急需更换。经调研各个共聚焦显微镜厂家的管路结构、元器件和控制系统只能兼容其他厂家的激光器，因此，购买 Zeiss 品牌及相应型号的激光器具有唯一性。 经核实，南京微弗德科学仪器有限公司为德国蔡司显微镜的江苏总代理商，拥有 20 项目在常州大学所在地区唯一的销售权，因此，采购代理商具有唯一性。 综上所述，激光共聚焦显微镜 561nm 激光器的品牌型号及供应商均具有唯一性，拟采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	<u>张嵘</u>	日期 <u>2023</u> 年 <u>1</u> 月 <u>6</u> 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员；

3、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

4、10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万（含）以上项目至少有一位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有三位是校外专家；

5、每位专家独立填写附件 1。