

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>张洪浩</u>	
	职称： <u>副教授</u>	
	工作单位： <u>常州大学</u>	
项目信息	项目名称：	
	供应商名称：	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 我校600M核磁超低温探头已运行2年多并出现降温困难,布鲁克公司建议每2年进行平台专业维护。该仪器价值840万元,超低温探头系统精密,所用配件均为布鲁克定制,维护操作复杂,第三方难以提供配件且不熟悉硬件,存在损坏仪器风险,售后保障也较弱。兄弟院校同类仪器均由布鲁克原厂维护,无第三方先例。为维护质量与仪器安全,同意采用单一来源方式向布鲁克采购原厂维护服务。	
专业人员签字	<u>张洪浩</u>	日期 <u>2026</u> 年 <u>10</u> 月 <u>08</u> 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为3人及以上奇数；

3、10万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10万元（含）至100万元的项目专家人数应为3人及以上奇数，其中50万元（含）以上项目至少有1位是校外专家；100万元（含）以上的项目专家人数应为5人及以上奇数且其中至少有3位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	杨毅
	职称：	副教授
	工作单位：	常州大学
项目信息	项目名称：	
	供应商名称：	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 同意采用单一来源方式采购布鲁克原厂低温平台维护服务。我校 600M 核磁价值 840 万元，超低温探头已运行一年多并出现降温困难，需每年由原厂维护以保持性能，减少故障。维护涉及系统回暖、旧泵组整体更换、功能检测及液氮传输管检修，技术复杂；配件均为布鲁克定制，第三方难以提供，非原厂工程师操作风险高，易损坏仪器，售后保障弱。兄弟院校同类仪器均采用布鲁克原厂维护，无第三方先例。故该项目具有唯一性，只能从布鲁克唯一供应商处采购。	
专业人员签字	杨毅	日期 2026 年 10 月 05 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：朱子琦	
	职称：副教授	
	工作单位：常州大学	
项目信息	项目名称：	
	供应商名称：	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 同意采用单一来源方式采购布鲁克原丁600M核磁共振低温平台维护服务。该校600M核磁价值840万元，超低温探头精密，已运行2年多并出现降温困难，布鲁克建议每2年维护，其配件均为布鲁克专门定制，第三方难以提供；维护操作复杂，非原厂工程师不熟悉软硬件，存在损坏仪器风险；第三方售后保障薄弱，长期运行风险大。兄弟院校同类仪器均由布鲁克维护，无第三方先例。因此，唯一供应商为布鲁克公司，同意单一来源采购。	
专业人员签字	朱子琦	日期 2026 年 10 月 08 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。