

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 俞芹	
	职称: 教授	
	工作单位: 江苏理工学院	
项目信息	项目名称: 功率器件分析仪	
	供应商名称: 常州同惠电子股份有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 功率器件分析仪测试领域国际厂商长期垄断国内市场,价格远超本预算,同惠TH54-35-200C是省内唯一可替代的整机方案,且在关键参数上反超国际大厂,体现国产高端测试装备的技术突破。 本项目为同惠TH5系列产品在省内高校的首批落地应用,对国产高端测试装备产业化推广具有示范意义,对常州功率半导体产业链的构建与延伸具有显著带动作用。从教学科研与学科建设角度,本项目采购同惠电子股份有限公司作为唯一供应商,理由充分、必要且明确。	
专业人员签字	俞芹	日期: 2026年7月22日

填表说明: 1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称;


2、10万元(不含)以下项目参与论证的专家人数应为3人及以上奇数;

3、10万元(含)以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10万元(含)至100万元的项目专家人数应为3人及以上奇数,其中50万元(含)以上项目至少有1位是校外专家;100万元(含)以上的项目专家人数应为5人及以上奇数且其中至少有3位是校外专家;

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写;

5、每位专家独立填写表1。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘斯扬
	职称：教授
	工作单位：东南大学
项目信息	项目名称：功率器件分析仪
	供应商名称：常州同惠电子股份有限公司
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目采购设备需同时满足：①最大工作电压2000V；②最大脉冲电流$\pm 200A$且具备扩展至$\pm 800A$能力；③具备IV、CV、Ω三大测试模块；④CV频率1kHz-1MHz，IV最小脉冲宽度10μs，电流分辨率10μA。 通过对国外产品型号可知，本岩崎系列不兼容CV/Ω模块，电流精度差远是德系列仪器超20倍，无法满足需求，是德的B1506A-HS1技术指标满足，但价格为260万元超项目预算4倍以上。同惠TH521-35-200C是目前国内外唯一同时满足全部技术指标+预算硬约束的整机方案，且在最大电压CV频率、精度等关键指标上超越B1506A全系。从技术参考唯一性角度，本项目采用常州同惠电子股份有限公司作为唯一供应商，符合《政府采购法》第三十一条的规定，技术依据充分。
专业人员签字	 日期 2016 年 7 月 22 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

- 2、10万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为3人及以上奇数；
- 3、10万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本院、本部门的人员。10万元（含）至100万元的项目专家人数应为3人及以上奇数，其中50万元（含）以上项目至少有1位是校外专家；100万元（含）以上的项目专家人数应为5人及以上奇数且其中至少有3位是校外专家；
- 4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 5、每位专家独立填写表1。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘超	
	职称：副教授	
	工作单位：电子科技大学	
项目信息	项目名称：功率器件分析仪	
	供应商名称：常州同惠电子股份有限公司	
专业人员 论证意见	经审阅本项目《功率器件分析仪》项目预算60万，为可行性论证报告。采购清单与商务条款。结论如下： 项目预算60万由SL250510001经费支出。无科研合同。国内、外同类产品价格：是德B1506A-H71 180万元 B1506A-H71 260万元 岩崎LS-320 155元 均超预算。因此以上。国际厂商及国内代理均不明确。而60万以内预算同类型产品可能。 国内暂无其他品牌同类产品。同惠TH521-35-200L是业内唯一能满足招标项目要求在预算内方案。售后服务。该也化代对采购方长期维护。充分保障。从商务条款与采购性价比综合考虑。本项目采用常州同惠作为唯一供应商。依据充分。条款合理。风险可控。	
专业人员签字	刘超	日期 2021年 7月 28 日

- 填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
- 2、10万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为3人及以上奇数；
- 3、10万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10万元（含）至100万元的项目专家人数应为3人及以上奇数，其中50万元（含）以上项目至少有1位是校外专家；100万元（含）以上的项目专家人数应为5人及以上奇数且其中至少有3位是校外专家；
- 4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
- 5、每位专家独立填写表1。