专业人员信息	姓名：张鑫	
	职称：高级实验师	
	工作单位：常州大学分析测试中心	
项目信息	项目名称：热重分析仪 F3 炉体更换服务	
	供应商名称：耐驰科学仪器（上海）有限公司	
专业人员论证意见	*（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）* 为保障TG精度与稳定性，只为选择原厂供应商，同意单一来源采购。	
专业人员签字		日期 2026年10月19日

单一来源采购方式专业人员论证意见

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。

专业人员信息	姓名：杜晓刚	
	职称：高级实验师	
	工作单位：常州大学分析测试中心	
项目信息	项目名称：热重分析仪 F3 炉体更换服务	
	供应商名称：耐驰科学仪器（上海）有限公司	
专业人员论证意见	*（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）* 该仪器配件具有专属接口与固件匹配要求，其它厂商配件无法适配本机，适合单一来源采购。	
专业人员签字		日期 2026年 10月 17日

单一来源采购方式专业人员论证意见

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。

专业人员信息	姓名：张伟	
	职称：高级工程师	
	工作单位：常州大学分析测试中心	
项目信息	项目名称：热重分析仪 F3 炉体更换服务	
	供应商名称：耐驰科学仪器（上海）有限公司	
专业人员论证意见	*（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）* 本台热重分析仪所需炉体及炉体热偶为原厂专属配件，无兼容替代产品，建议采用单一来源采购。	
专业人员签字	张伟	日期2026年10月19日

单一来源采购方式专业人员论证意见

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；

2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；

3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；

5、每位专家独立填写表 1。