

附件 1: 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马晓明	
	职称: 副教授	
	工作单位: 常州大学药学院	
项目信息	项目名称: 液质谱联用仪维修项目	
	供应商名称: 安捷伦科技(中国)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 药学院的液质联用仪, 为安捷伦公司生产, 属于高精度科研仪器。现由于质谱电路主板问题需要进行维修更换, 该质谱电路主板为安捷伦专有部件, 未授权任何第三方生产销售。安捷伦科技(中国)有限公司是该仪器在中国唯一官方售后服务, 建议单一来源采购。	
专业人员签字	马晓明	日期: 2026 年 9 月 20 日

填表说明: 1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称;

2、10 万元(不含)以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数;

3、10 万元(含)以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元(含)至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数, 其中 50 万元(含)以上项目至少有 1 位是校外专家; 100 万元(含)以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家;

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写;

5、每位专家独立填写表 1。

附件 1: 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕金鹏	
	职称: 副教授	
	工作单位: 常州大学药学院	
项目信息	项目名称: 液质谱联用仪维修项目	
	供应商名称: 安捷伦科技(中国)有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该仪器为 Agilent 生产的高精密科学仪器, 需要更换的电路板为仪器的核心组件, 该部件电路参数、接口协议等均与整机深度绑定, 无第三方供应渠道, 需从原厂采购相应配件及维修服务, 建议该项目采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	吕金鹏	日期 2016 年 7 月 22 日

填表说明: 1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称;

2、10 万元(不含)以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数;

3、10 万元(含)以上项目参与论证的专家不得是本院、本部门的人员。10 万元(含)至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数, 其中 50 万元(含)以上项目至少有 1 位是校外专家; 100 万元(含)以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家;

4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写;

5、每位专家独立填写表 1。

附件 1：单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 徐明飞	
	职称： 副教授	
	工作单位：常州大学药学院	
项目信息	项目名称：液质谱联用仪维修项目	
	供应商名称：安捷伦科技（中国）有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) Agilent LCMS 的质谱电路板为安捷伦专有配件，型号專屬，无通用替代品。更换涉及原厂诊断工具、校准参数及认证工程师，非原厂维修无法保证与主机系统的正常通讯，因此只能从原厂购买专用配件及相关维修服务。建议单一来源采购。	
专业人员签字	徐明飞	日期 2024 年 9 月 22 日

填表说明：1、参与论证的专家应具有高级专业技术职称；
2、10 万元（不含）以下项目参与论证的专家人数应为 3 人及以上奇数；
3、10 万元（含）以上项目参与论证的专家不得是本学院、本部门的人员。10 万元（含）至 100 万元的项目专家人数应为 3 人及以上奇数，其中 50 万元（含）以上项目至少有 1 位是校外专家；100 万元（含）以上的项目专家人数应为 5 人及以上奇数且其中至少有 3 位是校外专家；
4、本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写；
5、每位专家独立填写表 1。